



Nr. 1  
21.12.2007

# Quick-Alert

## CIRNET

## *Risque d'embolie d'air avec une seringue comme jouet*

### *Incident:*

Dans la salle de réveil, un enfant de 5 ans a reçu une seringue vide et propre (sans aiguille) pour jouer. Comme l'enfant a pu observer l'injection de médicaments chez d'autres patients dans la salle de réveil, il a rempli la seringue d'air et l'a branchée sur son propre raccord Venflon. Par hasard, ce geste a été observé par le personnel soignant.

### *Risques potentiels:*

Si cet incident n'avait pas été détecté et intercepté, les conséquences auraient pu être très graves. L'injection de 20 ml d'air est absolument fatale pour un enfant de 5 ans !

### *Recommandations:*

- interdire strictement la distribution de seringues aux enfants
- ne pas laisser trainer des seringues vides

### *Commentaire*

Cet incident montre de manière exemplaire l'importance de systèmes de rapport d'incidents. Des gestes banaux en apparence, des gestes que „nous avons toujours faits comme cela“, peuvent avoir un risque potentiel énorme. Pour cette raison, la large diffusion des avertissements est cruciale.

### *Remarque:*

Cet incident a une importance qui dépasse une région ou une discipline médicale. Pour cela, ce Quick-Alert doit être diffusé le plus largement possible aussi dans votre établissement.

Ces recommandations visent à soutenir les professionnels des institutions de santé et les prestataires de soins dans le développement de directives internes. La mise en page spécifique et l'application en accord avec les obligations déontologiques (basées sur les conditions locales professionnelles, institutionnelles, légales, individuelles et selon les situations) se font sous la responsabilité exclusive des professionnels compétents.